VÁLVULAS E CONECTORES DE TUBOS

VÁLVULA LOPEZ

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplica ao modelo comercial:

011-M9000-T

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:

A Válvula Lopez é uma válvula indicada para uso em tubos gástricos ou de alimentação.

DESCRIÇÃO

É uma vávula com adaptador e aba de giro, estéril de uso único.

ESPECIFICAÇÃO:



1 – Tampa com alça Composição: PVC Finalidade: Serve para fechar o adaptador.
2 – Corpo da Válvula Composição: Policarbonato Finalidade: serve para conectar os tubos do paciente.
3 - Parte Central da Válvula com aba de giro Composição: Polietileno e Silicone Finalidade: Serve para permitir ou não a passagem de alimentação gástrica.
4 - Adaptador Composição: PVC Finalidade: Serve para conectar a tubulação da bomba.

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades e instrução de uso

MECANISMO DE AÇÃO

A Válvula Lopez é uma válvula enteral para uso em alimentação gástrica. Trata-se de um dispositivo apirogênico, estéril, destinado a ser usado como acessório das linhas de extensão intravenoso primárias e secundárias.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Para utilização com tubos gástricos ou de alimentação.
a) Para alimentação: ligar o adaptador à porta mais curta na válvula Lopez e inserir a tubulação da bomba dentro do adaptador até que esteja presa.
b) Ligar a parte mais longa aos tubos NG, G ou J do paciente. Certifique-se de que a aba de giro para a porta de medicação esteja na posição desligada (off) e que a tampa da extremidade esteja presa .
c) Para sucção: prender a tubulação de sucção à abertura afunilada curta da válvula. (não é necessário um adaptador)
2. Para utilizar a porta de medicação, insira firmemente a ponta da agulha apropriada na porta e gira para fixar.
3. Gire a aba da chave de interrupção até que a posição “OFF” (DESLIGADO) esteja apontando para a abertura afunilada curta.
4. Após a administração, lave a válvula de acordo com o protocolo da instituição.
5. Tampe a porta de medicamento e a porta/o adaptador de sucção quando não estiverem sendo utilizados.
Cuidado:
• Troque a Válvula Lopez de acordo com os padrões aceitos na terapia entérica.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Fabricante recomenda Uso Único.

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

O produto não necessita de cuidados especiais de manipulação. Como ocorre com todos os produtos médicos em geral, o produto deve ser manipulado com cuidado para evitar danos. Deve-se inspecionar a embalagem para verificar possíveis danos durante o transporte. Retirar o produto da embalagem cuidadosamente.

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:

ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)
CNPJ N. 67.630.541/0001-74
TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312219003

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 – 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 03/2025